



Byggherre Felles		
P Medisinsk teknologisk avdeling - NSA		
Dato/tid: 20.09.2023 12:30	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Ralf Kristensen		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
001 <input type="checkbox"/>	Agenda - Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator - Flyt - Eventuelt WFL-41358: Møte 02 pulje 1 - P Medisinsk teknologisk avdeling - NSA	
002 <input type="checkbox"/>	Møtedeltagere Se vedlagt liste. Deltagerliste gr. P MTA NSA møte 2.pdf	
003 <input type="checkbox"/>	Flyt Gruppen har gjennomgått materialet og kommenterer på flyt internt i avdelingen. Er det plass for lagring av TMTU i operasjonsavdelingen? Kan AGV benyttes til transport av TMTU mellom MTA og f.eks operasjon? Dette må avklares internt i OUS. Det er behov for brede dører på alle verksteder, inkl satelittverkstedene. 13.03.020 - HSØ PO bekrefter at det er beskrevet i RFP at rommet skal stråleskjerming. 13.03.021 - vask flyttes til høyre side av dør. Løftekrok plasseres midt i rommet. 13.03.017 - ta ut begge dørene, erstatte med én dør mot korridor 80.06.006 MTA har ikke eget møterom, men trenger tilgang til dette. Møterom kan bookes på tvers av funksjoner. Pauserom - det er ønske om å få inn flere spiseplasser. 20.09.2023 13:17:16 ARK vurderer innredning av pauserommet slik at det blir flere spiseplasser. Sofa tas ut.	Sigrid Rossebø Hansen
004 <input type="checkbox"/>	Satelittverksteder Skisse av satelittverksted operasjon var ikke sendt ut på forhånd. Vist i møtet. Gruppen meldte i forprosjektet behov for 4-5 verkstedplasser på satelittverksted operasjon. Dette er det ikke funnet plass til. Avklaring av om dette skal prioriteres inn på operasjonsområdet må gjøres	

	<p>internt i OUS.</p> <p>Det er ikke behov for løftekrok på satelittverksted lab. Punktavsugget må plasseres slik at det dekker begge arbeidsplassene, evt ett punktavsug pr plass.</p> <p>Satelittverksted bilde - vasken flyttes. Punktavsugget må plasseres slik at det dekker begge arbeidsplassene</p> <p>Satelittverksted dialyse - det gjøres en kvalitetssjekk av om det skal være et sluk i dette rommet.</p> <p>Rom 04.02.163 Varmedesinfeksjon - gruppen mener at det avsatte arealet er knapt til antall dialysemaskiner. Fagkoordinator tar med dette inn i medvirkningsgruppen for dialyse.</p> <p>20.09.2023 14:32:09 Fagkoordinator tar opp sak om areal til varmedesinfeksjon med fagkoordinator for dialyse slik at dette kan diskuteres i medvirkningsgruppen for dialyse.</p> <p>25.09.2023 10:09:32 Det er sendt mail til Fagkoordinator for medvirkningsgruppen for dialyse, problemstillingen tas opp i møte 2 i uke 39. (Trine Braaten)</p> <p>20.09.2023 13:41:17 Gruppen avklarer ønsket innredning satelittverksted på lab med plassering av skrivebord og vertikal kanal.</p> <p>25.09.2023 10:16:41 Gruppen ønsker at verkstedet skal utarbeides med arbeidsbord og verkstedbord etter hverandre på kortveggene, arbeidsbordet nærmest fasadevegg. EI og IKT punkter på fasadevegg ved begge arbeidssonene, vertikal sykeromskanal. Gassuttak ved begge arbeidsbord på langvegg mot korridor, vask på vegg mot korridor og dør plassert nærmere arbeidssone , nederste kortvegg. (Trine Braaten)</p> <p>20.09.2023 12:41:02 Fagkoordinator løfter sak om prioritering av areal innenfor operasjonsområdet internt i OUS.</p> <p>25.09.2023 10:08:32 Det er et ønske om å utvide verkstedet på operasjon fra 3 plasser til 5. Dette vil kreve en tilførsel av areal på ca 30 kvm. Fagkoordinator melder ønsket videre i Nye OUS. (Trine Braaten)</p>	<p>Trine Braaten 27 sep 2023</p> <p>Trine Braaten 27 sep 2023</p> <p>Trine Braaten</p>
<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Inntransport av utstyr</p> <p>ARK sjekker om dette også er ivaretatt i inntransportplan</p> <p>20.09.2023 14:07:07 ARK sjekker om inntransport av store utstyrsleveranser til MTA er ivaretatt i inntransportplan</p>	<p>Sigrid Rossebø Hansen</p>
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Tilbakemelding fra OUS</p> <p>Vedlagt ligger kommentarer på underlaget fra medvirkningsgruppen som ble vist i medvirkningsmøtet, samt en skisse på layout på verksted, laboratoriere (10.03.010) .</p> <p>NSA - M2 - MEDISINSK TEKNOLOGISK AVDELING JRH-LF.pdf</p>	



007



Veien videre

Se vedlagte presentasjon.

[Agenda medvirkningsmøte 2 pulje 1.pptx](#)

ARH/0000 - Byggherre Felles

Møte 02 pulje 1 - P Medisinsk teknologisk avdeling - NSA

Møte 02 pulje 1 - P Medisinsk teknologisk avdeling - NSA

Sak ID:

41358

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

29.08.2023 14:55:52

Agenda medvirkningsmøte 02 pulje 1.pdf
NSA_Logistikk_Flyt_sep 2023_Rev02.pdf

Steg 1 - Underlag og godkjenning

Completed by Ralf Kristensen, 2023-09-06 09:05

Underlag til møte 2 er klart for distribusjon til medvirkningsgruppen.

Vennligst benytt filen "NSA - M2 - MEDISINSK TEKNOLOGISK AVDELING.pdf"

Ralf Kristensen 2023-08-29 12:56

PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

Completed By: Kristina Rogers 2023-09-06 08:53

Completed Comment: PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

Ralf Kristensen - 2023-09-06 09:03

Korrigert underlag. Fint om filen under benyttes.

Ralf Kristensen - 2023-09-06 09:02

Kristina Rogers - 2023-09-06 08:52

Elisabeth Sogstad Grannes - 2023-09-05 09:33

Ralf Kristensen - 2023-08-29 12:56

PG laster opp underlag til medvirkningsmøte 2.

NSA - M2 - Medisinsk teknologisk avdeling.pdf

Steg 2 - Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-09-06 11:13

Mottatt og distribuert til deltakere.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr
8201 - Prosjektering NSA
8202 - Prosjektering NRH
0201 - Oslo universitetssykehus HF
0000 - Byggherre Felles

Abonnenter:

Ole Eskil Simonsen
Ralf Kristensen
Anita Sofie Fenne
Trine Braaten
Elise Emilsen Bakke
Kristina Rogers
Sigrid Rossebø Hansen
Elisabeth Gudmundsen