

Oppgave til gruppe Z Poliklinikk og dagplasser barn møte 3

Pulje 3.2, funksjonsprosjektet
Nye Rikshospitalet

07.04.2025

HELSE  SØR-ØST

Oppgave til medvirkningsgruppen:

1. Gruppen skal kvalitetssikre at romfunksjonsprogrammet (RFP) er i henhold til de tilbakemeldingene som ble gitt i forrige møte.
2. Gruppen skal kvalitetssikre at utstyrlisten er i henhold til de tilbakemeldinger som ble gitt i forrige møte.
3. Gruppen gjennomgår at fastmontert utstyr er plassert riktig i rommene som gjennomgås, jfr. de tilbakemeldinger OUS gav som råd etter forrige møte, dette for å sikre flyt og funksjon i rommet.

Se slide om «merknader ved kvalitetssikring og utfylling av RFP og utstyr» for veiledning før gjennomgang av listene.

Møte 3 pulje 3.2 - Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn) - NRH

Romfnr	Romnavn
05.04.001	Ekspedisjon
05.04.007	Undersøkelse og behandling
05.04.008	Undersøkelse og behandling
05.04.010	Undersøkelse og behandling
05.04.015	Undersøkelse og behandling
05.04.019	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.020	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.021	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.022	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.023	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.025	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.026	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.066	Dagplass, barn, 4 plasser
05.04.070	Dagplass, barn, 2 plasser
05.04.071	Dagplass, barn
05.04.084	Undersøkelse og behandling
05.04.091	Undersøkelse og behandling
05.04.095	Isolat, kontaktsmitte, undersøkelse
05.04.096	Undersøkelse og behandling
05.04.097	Undersøkelse og behandling
05.04.098	Undersøkelse og behandling
05.04.099	Undersøkelse og behandling
05.04.108	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.129	Undersøkelse og behandling
05.04.130	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.158	Dagplass, barn, 4 plasser
05.04.160	Isolat, kontaktsmitte dagplass
05.04.174	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.175	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.177	Undersøkelse og behandling, spesialrom
05.04.197	Arbeidsrom, tverrfaglig
05.04.212	Lager, rent
10.02.051	Laboratorium, PNA
10.02.058	Prøvetaking, barn

Spørsmål til gruppen fortsetter på neste slide...

Generelle spørsmål til gruppen:

- Ønsker dere mobile- eller takhengte infusjonsstativ?
- Det er som standard programmert elektronisk blodtrykksapparat i alle undersøkelses- og behandlingsrom. I en god del rom er det bedt om å bytte dette ut med «Pasientovervåking, nivå 1». Dette er en enkel pasientmonitor som ivaretar blodtrykk, puls, temp og enheten kan utvides med ytterligere parametere som SpO2 og rytme. Hvilke rom skal ha standardutrustning og hvilke rom skal ha en mer avansert løsning, ber gruppen presisere dette.
- Skal alle skap, kassebakke, mobil (artikkel GSA.001.01) byttes ut med fastmonterte av hensyn til sikkerhet i rom der barn behandles? Eller kun de rom der dette er meldt i møte 2?

Merknader ved kvalitetssikring og utfylling av utstyr og RFP-skjema

- Det vil være utstyr som ikke er tatt med i utstyrslistene, enten fordi det er forbruksmaterieell, eller fordi det er gjort avklaring om detaljer om utstyr. Still gjerne spørsmål skriftlig om gruppen synes noe er uklart.
- IKT-artikler vil i flere tilfeller ikke være oppdatert siden forrige møte. Dere trenger ikke melde ønsket endring på nytt, vi tar med innspill fra forrige møte når IKT artikler skal oppdateres.
- Det er planlagt at man på samme måte som for voksne, skal gjennomføre temamøter for konsept som ivaretar sammenhengende og funksjonelt areal for barn og ungdom. Dette for å avklare særskilte behov/krav, for eksempel vil torget i bygg N, plan 2, bli gjennomgått detaljert senere. Derfor er opphold/lek nå ute av listen, men tilbakemeldingene dere ga tas med videre.
- Der vi kjenner til avvik mellom skisse og utstyrsliste har vi markert det med rød skrift og hva som er førende.
- RFP var ikke utfylt i forrige møte og derfor er det lagt inn en del kommentarer på at dette må gjennomgås.

Uavklarte saker som vil bli fulgt opp utenfor medvirkningsmøtet

- Lystgass på flaske på avklarte rom skal gjennomgås samlet med OUS/Stab utvikling.
- Legemiddelnisjer/rom pågår i egen sak meldt fra OUS til HSØ PO.
- Spesialventilasjonsrom med hepafilter avklares i egen sak med tekniske rådgivere.
- Desentralt kjøkken tas i egne møter der man finner standardisert løsning for barne- og ungdomsmottaket, dagbehandling og infeksjonsposten. Dette er tatt ut av listen for møte 3 i denne gruppen.