

Oppgave til gruppe Æ Døgnområder barn og ungdom møte 3

Pulje 3.2, funksjonsprosjektet
Nye Rikshospitalet

10.04.2025

HELSE  SØR-ØST

Oppgave til medvirkningsgruppen:

1. Gruppen skal kvalitetssikre at romfunksjonsprogrammet (RFP) er i henhold til de tilbakemeldingene som ble gitt i forrige møte.
2. Gruppen skal kvalitetssikre at utstyrlisten er i henhold til de tilbakemeldinger som ble gitt i forrige møte.
3. Gruppen gjennomgår at fastmontert utstyr er plassert riktig i rommene som gjennomgås, jfr. de tilbakemeldinger OUS gav som råd etter forrige møte, dette for å sikre flyt og funksjon i rommet.

Se slide om «merknader ved kvalitetssikring og utfylling av RFP og utstyr» for veiledning før gjennomgang av listene.

Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH

Romfnr	Romnavn
05.03.003	Sengerom, intermediaær barn
05.03.014	Sengerom, intermediaær barn
05.03.206	Undersøkelse og behandling
05.03.208	Undersøkelse og behandling
05.03.222	Opphold, lek
05.03.225	Opphold, lek
05.03.227	Opphold, ungdomsrom
05.03.228	Opphold, pårørende
05.03.229	Opphold, pårørende
05.03.231	Opphold, pårørende
05.03.234	Opphold, spis
05.03.264	Sengerom, barn
05.03.276	Sengerom, intermediaær barn
05.03.277	Sengerom, barn
05.03.326	Arbeidsstasjon, intermediaær
05.03.346	Arbeidsstasjon
05.03.418	Lager, utstyr
05.03.429	Undersøkelse og behandling
05.03.441	Opphold, ungdomsrom
12.02.002	Trening
12.02.003	Trening
12.02.007	Lager, utstyr

Spørsmål til gruppen fortsetter på neste slide...

Spørsmål til medvirkningsgruppen:

- Det er som standard programmert elektronisk blodtrykksapparat i alle undersøkelses- og behandlingsrom. I en god del rom er det bedt om å bytte dette ut med «Pasientovervåking, nivå 1». Dette er en enkel pasientmonitor som ivaretar blodtrykk, puls, temp og enheten kan utvides med ytterligere parametere som SpO2 og rytme. Hvilke rom skal ha standardutrustning og hvilke rom skal ha en mer avansert løsning, ber gruppen presisere dette.
- Skal alle skap, kassebakke, mobil (artikkel GSA.001.01) byttes ut med fastmonterte av hensyn til sikkerhet i rom der barn behandles? Eller kun de rom der dette er meldt i møte 2?
- Dere meldte i møte 2 at *Sengerom familierom, stort* skal ha dobbel bestykning i sykeromskanalen for å ivareta tvillinger. Gruppen bes prioritere to rom som tilrettelegges for dette.

Merknader ved kvalitetssikring og utfylling av utstyr og RFP-skjema

- Det vil være utstyr som ikke er tatt med i utstyrslistene, enten fordi det er forbruksmateriell, eller fordi det er gjort avklaring om detaljer om utstyr. Still gjerne spørsmål skriftlig om gruppen synes noe er uklart.
- IKT-artikler vil i flere tilfeller ikke være oppdatert siden forrige møte. Dere trenger ikke melde ønsket endring på nytt, vi tar med innspill fra forrige møte når IKT artikler skal oppdateres.
- Dere meldte inn medisinkjøleskap på arbeidsstasjonene tilknyttet intermediær og stille observasjonsrom i møte 2. Dette er ikke lagt inn, men det er strøm og stikkontakter i rommet.
- Det er planlagt at man på samme måte som for voksne, skal gjennomføre temamøter for konsept som ivaretar sammenhengende og funksjonelt areal for barn og ungdom. Dette for å avklare særskilte behov/krav, for eksempel vil torget i bygg N, plan 2, bli gjennomgått detaljert senere. Derfor er opphold/lek nå ute av listen, men tilbakemeldingene dere ga tas med videre.

Uavklarte saker som vil bli fulgt opp utenfor medvirkningsmøtet

- Livopan på flaske på avklarte rom skal gjennomgå samlet med OUS/Stab utvikling. Feltene i RFP med gasser er derfor ikke endret.
- Legemiddelnisjer/rom pågår i egen sak meldt fra OUS til HSØ PO.
- Desentralt kjøkken tas i egne møter der man finner standardisert løsning for barne- og ungdomsmottaket, dagbehandling og infeksjonsposten. Dette er tatt ut av listen for møte 3 i denne gruppen.