

Byggherre ARH Q - Forskning og undervisning UiO og OUS - NRH		
Dato/tid: 08 apr. 2025 13:30	Lokasjon:	
Ansvarlig Ralf Kristensen		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Minutes of Meeting ID: 291179		
01 ☐	Agenda - Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/gruppeleder - Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder - Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO - Veien videre v/HSØ PO - Eventuelt Opprinnelig agendapunkt om gjennomgang av funksjonsplan og rom med status på innspill fra møte 1 og 2 (v/ ARK) utgikk. Underlag til medvirkningsmøtet var utsendt som avtalt på forhånd og godt kjent for deltakerne gjennom forberedelses- og særmøter.	
02 ☐	Deltagere Se vedlagte liste over deltagere i møtet.	
03 ☐	Tilbakemeldinger fra OUS Tilbakemeldinger fra OUS mottatt før medvirkningsmøtet. Filen "Kurssal radiologi UiO Utstyrsliste og RFP møte 3 endelig.xlsx" ble mottatt dagen etter at medvirkningsmøtet ble gjennomført. Tilbakemeldingene på skisser, utstyrslistene og RFP gjentas ikke under hvert enkelt rom.	
04 ☐	Momenter fra møtet PO viste innledningsvis til vedlagte fil på momenter til medvirkningsmøtet etter møte med RIKT. Momentene ble behandlet under hvert enkelt rom. Det vises for øvrig til aksjoner nedenfor. <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Ralf Kristensen frist: 07 mai 2025 Oppdatering øvrige artikler Beslutning/aksjon: PO oppdatere øvrige artikler etter innspill i oversendte utstyrslistene fra medvirkningsgruppen. <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Berit Haugan frist: 07 mai 2025 RUT oppdaterer RUT artikler Beslutning/aksjon: RUT oppdaterer RUT artikler etter innspill i oversendt utstyrsliste fra medvirkningsgruppen.	

	<u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Mette Berg Maastad frist: 07 mai 2025 ARK oppdatere ARK artikler Beslutning/aksjon: ARK oppdatere ARK artikler etter innspill i oversendte utstyrsliste fra medvirkningsgruppen
05 ☐	14.01.017 Observasjonsplass, stor Det er mottatt justert forslag til layout, bl.a. med skillevegg (lettvegg) i rommet. Det er ikke behov for forplass/forrom ut mot korridor. Ønske om å erstatte besøksstol med hvilestol for foreldre. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten. MVG ønsker at det tilrettelegges for ett stillerom mellom 14.01.019 (WC, HC) og 14.02.073 (Arbeidsstasjon). <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Berit Haugan frist: 23 apr 2025 Pasientovervåking (nivå 1-lett) Beslutning/aksjon: Beskrive hva som inngår i pasientovervåking, nivå 1-lett. Dette som underlag til OUS for tilbakemelding på ønsket funksjon for pasientovervåking i klinisk forskningspost for barn. <u>11 apr. 2025</u> 017.001.01 Pasientovervåking, nivå 1 - lett: "Funksjon som frittstående monitor, transportmonitor eller som modul (hjerne) dokket inn i større monitorer nivå 2 og 3. Overvåker primære parametere, men kan også utvides til mer avansert overvåkning. Primære parametere vil være puls, hjerterytme, pulsoksymetri, non-invasivt blodtrykk og temperatur. Avanserte parametere er allerede innebygget eller kan utvides med kabler eller tilleggsmoduler kan være: Kapnografi, invasive blodtrykk, CVP, 12 avleder EKG med tolkning, temperatur 2 og SpO2-2". 012.013 Blodtrykksapparat, elektronisk: "Enkelt apparat for måling av blodtrykk på pasientens arm. Blodtrykksapparatet kan leveres med bordstativ eller gulvstativ". 012.013.02.2 Blodtrykksapparat, elektronisk, med pulsoksymeter: artikkel i dRofus dekker BT, puls og SaO2. Kommer med og uten stativ på hjul. Sannsynligvis kan ikke 012.013.02.2 Blodtrykksapparat, elektronisk, med pulsoksymeter overføre data til EPJ om det er ønskelig, så dersom det er ønskelig bør 017.001.01 Pasientovervåking, nivå 1 - lett beholdes selvom det kan virke i overkant av behovet. (Berit Haugan)
06 ☐	14.02.043 Møte, seminarrom Det vises til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
07 ☐	14.02.045 Møte, seminarrom Det ble vist til at dette rommet også vil bli benyttet i en pandemisituasjon. Rommet er derfor mest egnet til vanlig seminarrom, og det ble foreslått om rom 14.02.040 og 14.02.045 bytter funksjon. <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Mette Berg Maastad frist: 07 mai 2025 Endre til ordinært seminarrom Beslutning/aksjon: ARK utarbeider skisse der dette rommet omgjøres til et ordinært seminarrom (som rom 14.02.040 er i dag), og at rom 14.02.040 gjøres om til et interaktivt rom med plass til 4 grupper.

08 ☐	14.02.056 Nisje, drikkestasjon Ønske om flere (2 stk) vannsifong grunnet at drikkestasjone skal betjenes en rekke rom/funksjoner. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
09 ☐	14.02.064 Møte, seminarrom Oppdatert utforming er ok. Det ble vist til at OUS sine seminarrom vil bli benyttet til digitale møter. Det er derfor behov for kamera som dekker hele rommet, ikke bare posisjon til foreleser. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
10 ☐	14.02.065 Møte, seminarrom Se rom 14.02.065.
11 ☐	14.02.073 Arbeidsstasjon Det er ønske om at dette rommet gjøres så stort som mulig. Ønskelig at det er 2 arbeidsplasser i rommet. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
12 ☐	15.02.023 Arbeidsrom, kurssal PO viste til at det er utfordrende med avstand fra visningsflate bak foreleser til bakerste studentplasser. Kan orienteringen av rommet derfor snus 90 grader? Tilbakemelding i møtet: Kurssalen er planlagt som "PC-stue", primært for radiologi og patologi. Arbeidsformen er digital med 2 og 2 personer som jobber sammen på skjerm. Det ønskes løsning der foreleser sin skjerm speiles på studentenes skjerm. Layout er derfor ok. Ønske om midtgang i rommet, dvs. en layout med 4+2 arbeidsplasser i bredden, fremfor 6 sammenhengende. Behov for skjerming (ikke dagslys). Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
13 ☐	15.02.025 Auditorium Det vises til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
14 ☐	15.02.026 Møte, seminarrom RIKT anbefaler ikke denne layouten basert på erfaringer fra NTNU Elevasjon, gjør det vanskelig for foreleser og er ikke universelt utformet Fjernundervisning anbefales ikke for denne typen forelesningssituasjon Dårlige erfaringer med 8 personer pr gruppe Behov for visningsskjermer bak foreleser, når alle bordene i rommet har det? Tilbakemelding i møtet: Layout er ok. Rommet skal bl.a. benyttes til fjernundervisning, men da kun av foreleser. Gruppestørrelse på 8 er i tråd med UiO sin modell for undervisning. Viktig med god lyddemping grunnet 12 bord á 8 personer. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.

15 ☐	15.02.027 Møte, seminarrom Det er foretatt en vridning av utforming/plassene som har medført redusert antall plasser. Dette er ok. Tilbakemelding i møtet: Det er ønskelig med løsning for bagasje til besøkende (f.eks. verdiskap for koffert) kombinert med benkeløsning der knaggerekken er plassert i dag. Knaggerekken til klær ønsket flyttet til mindre synlig sted, alternativt løsning med forheng ved søylene som skjermer for inngangsområde. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten. <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Mette Berg Maastad frist: 07 mai 2025 Vurdere layout/skjerming av område bak søylene Beslutning/aksjon: ARK vurderer løsning for skjerming av inngangsområde og møblering med benker og oppbevaring.
16 ☐	15.02.047 Seminarrom, kurssal Det er ønske om å endre layout/oppsett av rommet, se mottatt skisse. På møtet ble det vist til at det kan bli noe trangt ved inngang. 80 plasser er ikke et absolutt krav, dvs. kan "ofre" 4 plasser for å sikre hensiktsmessig utforming av inngang. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten. <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Mette Berg Maastad frist: 07 mai 2025 Oppdatere layout Beslutning/aksjon: ARK innarbeider oppdatert layout/oppsett.
17 ☐	15.02.049 Laboratorium manuelt Det er ønske om å endre layout/oppsett av rommet, se mottatt skisse (revidert skisse i særmøte) Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten. <u>09 apr 2025 Ole Martin Semb</u> Aksjon: Mette Berg Maastad Oppdatere layout Beslutning/aksjon: ARK innarbeider oppdatert layout/oppsett.
18 ☐	15.02.053 Teknikk, AV og redigering Det vises til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
19 ☐	15.02.054 Forrom, auditorium Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
20 ☐	15.02.060 Lager, utstyr lite Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.
21 ☐	15.03.009 Laboratorium, forskning Rommet er for overmøblert og det er derfor behov for en prioritering av innredning/utstyr. Tilbakemelding i møtet: Bredden på sikkerhetsbenk reduseres til 60 cm. Inkubator er varmeskap, ca 25 l til blodprøver. Det vises for øvrig til tilbakemelding på RFP og utstyrslisten.

22 ☐	Eventuelt Det er ikke behov for flere medvirkningsmøter i denne gruppen. Takk til alle for gode bidrag!

Momenter etter møte med RIKT

- Innspill på IKT artikler fra møte 2 er mottatt, men ikke oppdatert i underlaget utsendt til møte 3
- Rom 15.02.023, Arbeidsrom kurssal radiologi
 - Utfordrende med avstand fra visningsflate bak foreleser til bakerste studentplasser
- Rom 15.02.026, Møte seminarrom «Fugleberg»
 - RIKT anbefaler ikke denne layouten basert på erfaringer fra NTNU
 - Elevasjon, gjør det vanskelig for foreleser og er ikke universelt utformet
 - Fjernundervisning anbefales ikke for denne typen forelesningssituasjon
 - Dårlige erfaringer med 8 personer pr gruppe
 - Behov for visningsskjermer bak foreleser, når alle bordene i rommet har det?

Forskning og undervisning UiO/OUS NRH

Klinikk	Navn	Rolle	Tilstede
OUS, OSS	Ida Helene Morgenstjerne Skard Heier	Gruppeleder	X
KSM	Steinar Heldal	Fagperson	X
OUS, KVI	Anne Cathrine Staff	Fagperson	
OUS, MED	Anne-Marie Aas	Fagperson	X
OUS, HLK	Peder Langeland Myhre	Fagperson	
UiO	Shuo-Wang Qiao	Fagperson	
UiO	Knut Lundin	Fagperson	X
OUS, KSM	Michael Bretthauer	Fagperson	
OUS, BAR	Ketil Størdal	Fagperson	
OUS, TIK	Anders Johnsen	Fagperson utstyr/IKT	
OUS, DST	Karin Borgen	Verneombud	X
OUS, DST	Matthias Kolberg	Verneombud	X
UiO	Rebekka Bjornes	Verneombud	X
OUS, DNLF	Einar August Høgestøl	Tillitsvalgt	
OUS, NSF	Torunn Vigdal	Tillitsvalgt	
OUS, Stab utvikling	Trine Ertzeid	Fagkoordinator	X
HSØ PO	Ralf Kristensen	Fasilitator	X
HSØ PO	Jon Jensen	IKT	X
HSØ PO	Ole Martin Semb	Referent	X
HSØ PG	Berit Haugan	Utstyrsrådgiver	X
HSØ PG	Mette Berg Maastad	Arkitekt	X
HSØ PG	Marte Loen	Arkitekt	X

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH			Fylles ut av OUS
15.02.023 Arbeidsrom, kurssal			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
	Buet hev/senk bord/kateter, UiO må beskrive nærmere type/eksempel dersom det er viktig at dette skal være et annet kateter enn det som brukes i andre undervisningsrom. Normalt hev-senk understell med buet arbeidsbord?	ARK	Vi bruker ikke buede bord til vanlig. Hvis det er billigere også, bør rette bord kjøpes inn.



Oppsett av pulter/stoler i rommet er ønsket slik det ble vist i saksunderlag for møte 2 (bilde kolonne F), ikke slik det vises i saksunderlag for møte 3.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG
092.004	AV-system, spesialrom		1 RIKT		
FBB.001.01	<i>Tavle, whiteboard b=1205 h=1005</i>		1 ARK	Ta denne ut	
FXB.008	Klesstativ, vegghengt		6 ARK		
GBA.006.09	Arbeidsbord d=800 b=1400		22 IARK		
GBA.008.01	Bord, kateter auditorium b=2600		1 ARK	Må ha plass til 3 skjermer	
GPZ.005.02	Kontorstol, u/armlene		45 IARK		
ODZ.100.05.01	PC, PACS granskings, standard til studenter		23 IKT	ODZ.005 ligger på NSA- avklare	
UMZ.014	AV-skjerm, 100"		1 RIKT		
	PC standard stasjonær med to skjermer		1	Dersom rommet skal brukes til annen type virksomhet	
ODZ.006	PC, PACS granskings, Radiologpakke		1	1 stk treskjermsløsning integrert med AV-løsning ATD: PACS-PC: - Fullverdig PACS-PC med tre skjermer for visning av medisinske bilder. - Granskningsskjermerne klones til veggskjermerne. - Buet bord UIO-PC: - Mikro-PC + 1 skjerm	

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	15.02.023	Tilbake til oversikten	
Romfnr	15.02.023		
Romnavn	Arbeidsrom		
Rombetegnels	kurssal		
Prosjekt/Geografisk romnr			
Programmert areal	120		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Kurssal for radiologi. Mulighet for plenumundervisning og arbeid to og to på PC arbeidsstasjoner tilknyttet PACS. Kapasitet opp mot 45 plasser, men vi håper det ikke er standard at rommet blir fylt opp. Det kan bli vanskelig å temperaturregulere rommet hvis antallet brukere varierer mye. Erfaring fra i dag er at det fort blir varmt.	To studenter pr. arbeidsstasjon med to skjermer med fysisk PC på stasjonær bord, 2 stoler og en konsoll. Kun trådløst UIO nett til studentene slik at de kan benytte egen PC til notater osv. PACS går via kablet OUS nett. 10 stikk og 3 nett pr. arbeidsplass (2 pers). Tatt høyde for mange studenter (opp til 45) men vanligst i mindre grupper. Per i dag er det ofte ca. 8 personer i en gruppe, men man ser for seg mellom 16-30 personer i framtidige grupper. Læringen er gjennomgang av radiologiske bilder. Radiologi (PACS). Studentene lærer seg å identifisere normal anatomi og patologiske forandringer på bilder som ligger i PACS systemet på OUS. Dette utføres på arbeidsplassen til studentene, som skal jobbe i par. Gode store skjermer for foreleser på vegg for gjennomgang av bilder i plenum. Lærer trenger 3 skjermes løsning fra PACS.3 skjermes løsningen til lærer må ikke komme i veien for de store skjermene på vegg. Rommet vil være godt egnet til all type digital undervisning og opplæring der man vil benytte PACS (radiologi, kardiologi, patologi osv). Ryggstøtte på stolene til studentene, ikke armlener pga plass. Talerstol, hev/senk. Flatt gulv i rommet. Obs akustikk i rommet med mange deltagere. Belysning - spesielle hensyn I radiologi brukes indirekte lys der man kan regulere dempingen av lyskilden som lyser både opp i taket og ned i rommet med en snor. Undervisning der foreleser kan spille skjermen sin til alle deltagere og det samme tilbake til foreleser er en mulighet som ikke teknisk er tilgjengelig per i dag. Per nå viser lærer sin skjerm på storskjerm foran i rommet. Begge deler skal det legges til grunn for utforming og utstyr i rommet, og aktuelle måter å undervise på.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	45		30
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	8		8
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	16		16
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	47		45
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)		Kan ha vanlige vegger, da det ikke er aktuelt/ønskelig å ha dagslys inn i rommet	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser		Hvis det blir mange PC'er i tillegg til maks antall mennesker kan det være ønskelig med støydemping i tak/vegger	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Ja	Øke lesbarhet på bilde skjermer ved demping av lys eller med lysdempende gardiner eventuelt	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei	Radiologi har behov for indirekte belysning slik at det ikke blir gjenskinn i skjermene.	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	0		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja	Auracast	
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Ja	Obs mye IKT, hvis det eventuelt blir bestemt at man skal ha både OUS og UIO PC'er på hver pult, vil det bli ekstra varmt i rommet.	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	45		30
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH			Fylles ut av OUS
15.02.047 Seminarrom, kurssal			Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
	Er 022.001.01.07 Sentrifuge, bordmodell, liten (132x132x112 mm) riktig artikkel for å ivareta funksjonen?	RUT	Eksempel på sentrifuge som vin fungere er :
	Skal sentrifugene ha KJØLING? Dette gjør de større i størrelse.	RUT	Ne, ikke kjøling
			Trenger varmeblokk, 37 grader, til 5 mL rør, for eksempel: Digital dry block heater 2 (IKA, VWR cat#: 460-1005, 20x2=40 plasser, 51×304×73 mm, 1,3 kg) 8 stk
	Er 022.008 Varmeblokk (300x300 mm) riktig artikkel for å ivareta funksjonen?	RUT	Blocks til IKA heater: Single block, 20×12,7 mm Ø holes (VWR cat#: 460-1027, 2 x 8 = total 16 stk).


Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr
022.001.01.07	Sentrifuge, bordmodell, liten		16 HF	
	22,008 Varmeblokk		8 RUT	Se rad 7, trenger også 16 stk innmat til varmeblokkene
	25,001 Mikroskop		80 RUT	Antall mikroskoper justeres etter endelig antall plasser i kurssalen
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		2 HF	OK
062.015.05	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter		2 HF	OK
092.004.03	AV-system, Seminarrom m/foldevegg		1 RIKT	Usikker på hva dette er - foldevegg er vel fjernet?
FBA.041.25	Benkeplate, høytrykkslaminat d=450 b=1800		2 ARK	
FBA.041.27	Benkeplate, høytrykkslaminat d=450 b=2400		2 ARK	
FBC.013.01	Servantbenk, corian med kum d=500 b=1800 h=850		2 ARK	
FBD.027	Benkeplate LAB m/kum midt PP med skuff og skap ?		38 ARK	NB - er utslagsvasker og skap under benker tatt med i "alternativ møblering"? Ser ikke slik ut på tegning. Blir 40 benkeplater med 80 plasser
FBD.028.01	Benk LAB m konsoll vask venstre side d=800 b=3600 h=930		1 ARK	
FSA.011	Underskap, generelt, hovedartikkel		6 ARK	
FSA.095.02	Skap oppbevaring, låsbart d=400 b=1005 h=2400		4 ARK	usikker på hva dette er? Dersom det er de låsbare skapene langs veggen så ser det for meg ut til at det er skap av ulik lengde? Og høyde skal ikke være 2400...det er vel takhøyt? Se kommentar i power point
FSJ.011.04	Underskap oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600		1 ARK	
FSJ.011.18	Underskap oppheng en dør d=400 b=600 H=600		14 ARK	Er dette skapene under studentbenkene? I så fall er vel ikke 14 riktig antatl?Se kommentar i PP om underskapene
FXB.008	Klesstativ, vegghengt		16 ARK	Hvor mange knagger er det til sammen? Det må være mulighet for å henge opp 80 labfrakker
GBA.008.01	Bord, kateter auditorium b=2600		1 ARK	
GFA.006.03	Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm		4 RUT	Ønsker at ett av de fire kjøleskapene er låsbart og med ekstra høyde
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel		80 IARK	NB - stoler må ha en ok ryggstøtte (kurs i blodprøvetakning), og ikke ha stofftrekk (må kunne rengjøres lett ift søl av biologisk materiale) + har også satt inn en type hvilestol (som kan legges helt ned) når studenter blir dårlige
NYZ.022	Håndvaskmiljø hovedartikkel		2 ARK	
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		2 IKT	
UZB.004	Nøddusj med øyespyler		1 RIV	

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	15.02.047	Tilbake til oversikten	
Romfnr	15.02.047		
Romnavn	Seminarrom		
Rombetegnelse	kurssal		
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal		220	
RFP status	Avledet fra SRF.098.05		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Rommet skal primært brukes til kursing i immunologi/blodtypeserologi, urinundersøkelser (pasientnære analyser og mikroskopi), blodprøvetaking og enkelte pasientnære analyser, undersøkelse av blod i avføring og tolking av blodtutstryk. Plenumsforelesning med innføring i praktiske oppgaver. Praktiske oppgaver på arbeidsbord med studieassistent. Hver studieplass bestykses med arbeidsbord med underskap for oppbevaring av mikroskop og m/skuff for småutstyr. 1 mikroskop pr. student. Det skal være en liten utslagsvask pr 2 studenter. Det må være stikkontakter til hvert mikroskop. Behov for liten, integrert skjerm/nettbrett ved hver studentplass. Foreleser skal ha 1 mikroskop som skal kunne kobles til storskjerm. Behov for propangass for sterilisering av skalpell ved hver mikroskopiplass. For å sikre god kommunikasjon mellom foreleser/studieassistent og student utstyres kurssalen med et lydanlegg i tak/himling. Lydanlegget skal bestå av nødvendige retningsvirkede mikrofoner og høyttalere, som til sammen sikrer god kommunikasjon i hele kurssalen. Romakustikk/etterklangstid tilrettelegges for god lyd/tydelig tale via høyttaleranlegget. Kursalen utstyres også med trådløse håndmikrofoner og hodebøyle-mikrofoner ("mygg"), men takmikrofoner blir primær løsning grunnet enkel/praktisk bruk, samt hensynet til hygiene. Frontvegg ved kateter utstyres med 2 stk. store AV-skjermer for visning av bilder fra kateterets mikroskop, digital skrivetavle, dokument-kamera, PC'er mm. Katetret får også underskap/rack for plassering av AV-utstyr som normalt ikke krever betjening, men som likevel må være i selve kurssalen (f.eks. AV-styring, AVoIP sendere/mottakere o.l.). Tradisjonell krittavle/whiteboard inngår ikke, men kurssalen utstyres med 4 stk. berøringsfølsomme AV-skjermer (ca. 55") til bruk ifm. stående ad-hoc samling i mindre grupper i kurssalens 4 hjørner/soner. AV-anlegget skal betjenes via berøringsfølsomt styrepanel på kateteret. AV-anlegget skal primært dekke kurssalens normale/daglige behov for lyd- og bilde innad i rommet, men tilrettelegges også for enkel opptak/strømming. Mikrofon, pointer (laser-peker), tavle, PC (både UiO og OUS, krever to nettkverkpunkter), mulighet for opptak, mulighet for å koble til laptop. Studentene skifter til frakk, ønske om nærhet til enkel garderobe for jakker og sekker. nnretning for deponering av avfall - viktig at det er store sekkestativ for kasting av benkepapir + at det etableres rutiner for henting av smittefarlig avfall etter kurs. Det bør også være rutiner for vask av kurssalen etter bruk - antagelig noe utvidet vask, siden vi jobber med biologisk materiale.	Takmikrofoner er tenkt for	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	80		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	18		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	80		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Øke lesbarhet på bildeskrjermer		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	80		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)		Viktig at det etableres rutiner	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)		Behov for ekstra vask etter	


Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH				Fylles ut av OUS
15.02.049 Laboratorium, manuell				Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten				
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		
	Dekker 022.001.01.1 Sentrifuge, bordmodell, UTEN kjøling (750x560x370 mm) funksjonen?	RUT		Har akkurat anskaffet ny sentrifuge til dette formålet nå, vil mest sannsynlig kunne flyttes med til nye OUS : VWR # 521-2659 (445x620x364) - den er uten kjøling
Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr
022.001.01.1	Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling		1 RUT	Se ovenfor
FBD.001.02.01	Understell LAB type A fast stående d=600 b=596 h=900		1 ARK	
FBD.014.01	Benkeplate LAB laminat d=800 b=600 h=30		1 ARK	Ønsker at utslagsvask integreres i benkeplate, dvs at benkeplaten går fra vegg til vegg. Da blir det litt benkeplass rundt vasken (og at vasken blir noe større enn den ser ut nå)
FBD.014.25	Benkeplate LAB laminat d=800, b=1600 h=30		1 ARK	
FHC.001.03	Hylle LAB laminat to i høyden d=300 b=900		2 ARK	
FSJ.001.05	Høyskap LAB d=654 b=600 h=2100		5 ARK	Ønsker 2 skap på 120 (dvs dobbel dør men ikke skillevegg på midten) i stedet for 4 på 60 cm + ett skap på 60
FSJ.011.04	Underskap oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600		1 ARK	
FSJ.015	Overskap LAB vegg hovedartikkel		2 ARK	
GPZ.004.02	Stol taburett hjul høy		1 IARK	
NYZ.009.01	Utslagsvask tekniske rom, veggmontert blandebatteri		1 RIV	Se kommentar over - ønsker benkeplass rundt vask + litt større vask enn slik den ser ut her


RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS
	15.02.049	Tilbake til oversikten
Romfnr	15.02.049	
Romnavn	Laboratorium	
Rombetegnelse	manuell	
Prosjektert/Geografisk romnr		
Programmert areal	15	
RFP status	Avledet fra SRF.087.45	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Laboratorium til preparering av materiale til kurssalen. Lagring av forbruksmaterieill, reagenser osv.	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	1	1
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7	7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21	17
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5	5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	2	2
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)		
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	15.02.047	
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)		Ønsker foliering av glassvegg mot hovedgate (i alle fall et stykke opp på veggen slik at innsyn hindres)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei	
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei	Vet ikke om avløp til utslagsvask gjør at det burde stå JA her? Eller er det i vegg?
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Ja	
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)	Løse flasker	
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	1 person, men arbeider med uriner så det er bra om det er god ventilasjon
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)		

Særmøte kurssaler immunologi, urinmikroskopi, blodprøvetaking, og blodutstryk




Etter at alt ønsket utstyr er lagt inn i rommet og møbleringen er plassert etter rommets geometri der man har hensyntatt søyler og tilstrekkelige passasjer mellom møblering, blir det 76 og ikke 80 plasser som opprinnelig ønsket. Noe utstyr i listen må tilpasses endelig antall. IKT-utstyr er ikke oppdatert i utstyrslisten og det kan derfor være avvik mellom innspill i møte 2 og det som er tegnet i rommet






Foretrukket oppsett i særmøte 02.04.2025



Skisse for alternativ møblering i kurssal 15.02.047 som gir 72 plasser.





Revidert etter særmøte 02.04.2025. Skisse som gir 80 plasser.



De låsbare skapene langs
veggen ser lave ut her, men er
antagelig riktige. Vi ønsker at de
er i en slik høyde at man kan
sette fra seg ting på toppen uten
å måtte bøye seg ned



Revidert skisse i særmøte



Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH				Fylles ut av OUS
15.03.009 Laboratorium, forskning				Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten				
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		
	Rommet er overmøblert, UiO må prioritere hvilket utstyr som skal beholdes.	ARK		
	Er 022.001.01.2 Sentrifuge, bordmodell MED kjøling (710x760x370 mm) riktig artikkel for å ivareta funksjonen?	RUT		
	Er 022.002 Inkubator (på stativ eller benk) riktig artikkel for å ivareta funksjonen?			
	Er UJZ.404.01 Bordscanner riktig artikkel for å ivareta funksjonen for skanner biobank?			
	Er UJZ.404.02 Håndscanner riktig artikkel for å ivareta funksjonen for skanner biobank?			
Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr
				Uten kjøling. Eksisterende: 48 D x 37 B cm. Alle 3 sentrifugene kan stå ved siden av hverandre på en benk som er 70 cm dyp. Fint med åpne hyller over sentrifugene.
022.001.01.2	Sentrifuge, bordmodell, med kjøling		1 RUT	Med kjøling. Eksisterende 57 D x 37 B cm
022.001.01.2	Sentrifuge, bordmodell, med kjøling		2 RUT	Liten inkubator, kan stå enten under benk der sentrifugene er plassert eller på hylle over sentrifugene
	22,002 Inkubator		1 RUT	
	22,007 Vortex mikser		1 HF	
	22,042 Blodvippe		1 HF	
	31,044 Skap for førstehjelpsprodukter		1 HF	
FAC.011.01	Kjemikalieskap, 300mm		1 RIV	Lite, ikke behov for høyskap
	Understell LAB type A fast stående d=600			
FBD.001.02.02	b=896 h=900		2 ARK	Hva er dette?
FBD.014.02	Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30		2 ARK	Dybde 70 cm er tilstrekkelig
FBD.014.05	Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30		1 ARK	Dybde 70 cm er tilstrekkelig
	Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600			
FSJ.015.06	h=650		3 ARK	
FAA.003.02	Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm		1 RIV	Finnes det mindre? For eksempel 100 cm
GFA.006.09	Kjøle- og frysenskap, laboratorium		1 RUT	NB: Må ha elektronisk templog
GPZ.004.02	Stol taburett hjul høy		2 IARK	
	Underskap LAB mobilt 2 hjul to skuffer			
GSJ.001.07	d=595 b=411 h=700		1 ARK	
GXZ.022.01	Dispenser Øyedusj stasjon		1 HF	
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV	
NYZ.022.12	Håndvaskmiljø 2G, NRH		1 ARK	Med stativ til engangshansker
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		1 IKT	
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi		1 IKT	
UJZ.404.01	Bordscanner		1 IKT	
UJZ.404.02	Håndscanner		1 IKT	

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS
	15.03.009	Tilbake til oversikten
Romfnr	15.03.009	
Romnavn	Laboratorium	
Rombetegnelse	forskning	
Prosjektert/Geografisk romnr		
Programmert areal	15	
RFP status	Unik	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Laboratorium. Forskningsaktivitet. Arbeid i sikkerhetsbenk. Primær arbeidsoppgave for laboratoriene er prøvefordeling av biologisk prøver fra klinisk forskningspost og enkle analyser av disse	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt -	5	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	3	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)		
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør -	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør -		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys -	Ja	
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei	Forstår ikke hva som menes
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei	Må ha solskjerming
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei	
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Ja	Trenger kun vanlig vannforsyning
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)	Se utstyrliste	
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja	
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj -	Ja	
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj -	Dispenser Øyedusj stasjon. - Ikke tilkoblet	
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj -	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj -		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei	Behov for kjøling for å opprettholde normal romtemp (OBS kjøleskap, fryser, sentriguger mm avgir varme)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0	Normal romtemperatur
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0	Normal romtemperatur
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet -	0	
Svingning	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk -		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen -	0	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass -	0	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen -	0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Propan -	0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser -		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)		

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
14.02.073 Arbeidsstasjon, observasjon		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr
017.002.01	Pasientovervåkingssentral		1 RUT	
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF	
GBA.006.19	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000		1 IARK	
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel		2 IARK	1
GSA.001.12	Skap kassebakke mobil, d=494 b=462 h=905		1 IARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		1 IKT	
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg		1 RIKT	

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS
	14.02.073	Tilbake til oversikten
Romfnr	14.02.073	
Romnavn	Arbeidsstasjon	
Rombetegnelsen	observasjon	
Prosjektert/Geografisk romnr		
Programmert areal	6	
RFP status	Fra SRF.005.02	
	Arbeidsstasjon tilknyttet sengerom, intermediaer med mulighet for å overvåke 2-3 sengerom i samtidighet.	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Plass for overvåking og dokumentasjon i kliniske områder. Tilrettelegges slik at det ikke er	Ikke behov for overvåking av pas.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	2	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	7 2	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)		
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja	
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	Frostet/folier glass for innslipp av lys
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør -		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	1	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Kun mottak	
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei	
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj -	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over	2	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk -		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen -	0	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass -	0	
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen -	0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Propan -	0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser -		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0	
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)		

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
14.01.017 Undersøkelse og behandling		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr
	12,032 EKG-apparat		1 RUT	
	16,001 Flowmeter O2		2 HF	
	16,003 Personvekt		1 HF	
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator		2 RUT	
	16,005 Høydemåler, digitalt		1 HF	
016.014.01	Sug, ejektor		2 HF	
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett		2 RUT	Med SPO2 og pulsmåling
	31,001 Infusjonsstativ, mobilt		2 RUT	
031.005.08	Undersøkelse- og behandlingsstol, hvile		2 RUT	
	61,001 Trillebord, rustfritt stål		2 RUT	
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering		1 HF	
	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør		4 ARK	
FSH.001.01	Knagg, dobbel		4 ARK	
FXB.003.01	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000		2 IARK	
GBA.006.15	Skjermvegg, frittstående på gulv,		2 IARK	Ønsker fastmontert skillevegg
GGB.012	Stol, besøk u/armlene, stablebar		2 IARK	
GPZ.001.04	Kontorstol, hovedartikkel		2 IARK	
GPZ.005	Sykeromskanal, poliklinikk standard		2 RIE	
KKD.001.02	Veggskinne, utstyr l=2000		2 RIE	
KSA.002.04	Håndvask, 600 x 500, lang hendel		1 RIV	
NYZ.006	Håndvaskmiljø 2B, NRH		1 ARK	
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2H, NRH		1 ARK	
NYZ.022.14	Pakke, PC, standard, 2 skjermer		1 IKT	2
ODZ.002	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg		2 RIKT	
UKZ.029	Lese- og pleielampe (UPD.005)		2 RIE	0
UPD.005	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal		2 RIKT	
XSA.014				
	Lenestol, lette (evt på hjul) til foreldre			2

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS
	14.01.017	Tilbake til oversikten
Romfnr	14.01.017	
Romnavn	Undersøkelse og behandling	
Rombetegnels		
Prosjektert/Geografisk romnr		
Programmert areal	34	
RFP status	Avledet fra SRF.175.00 Ooservasjon av pasient for kimiske studier. Forbentoidt forskningsaktivitet.	
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider av seng samtidig, 1-2 pleiere. Prøvetaking. Mulighet for røntgenfotografering. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Overvåking av pasient m/overvåk.utstyr v/seng, ev. også m/overvåk.utstyr plassert i arbeidsstasjon eller annet sted. Samtale med pasient. Av- og påkledning pasient. Mulighet for skjerming av pasient.	Trenger ikke mulighet for røntgen på rommet
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	3	3
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt -	5	
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	5	10
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei	Ja
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)		
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja	
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser	Konfidensielle samtaler	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei	
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør -	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør -		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys -	Ja	
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei	
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei	
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Ja	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	2	
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)	Alle funksjoner	
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei	
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei	
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei	
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja	
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armaturn med lang hendel	
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj -	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj -		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj -	Nei	
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj -		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0	
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over	3	6
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk -	Nei	
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk -		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	2	
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen -	2	
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass -	1	0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)	Livopan	Nei
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen -	0	
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Propan -	0	
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0	
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser -		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	1	Hva menes her?
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)	Evakuering av Livopan	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei	
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)		



Særmøte KFPB og laboratorium UiO



Siden forrige møte

**Undersøkelse og behandling
14.01.017 (14.01.018):**
Rommene er nå slått sammen og korridor.
14.01.018 er derfor markert som utgått.


Arbeidsstasjon 14.02.073:
Rommet erstatter Gruppelokal 14.02.032 og
innplassert som et nytt rom i forskningspaviljongen.








Alternativ løsning med mindre arbeidsrom og stillerom




Revidert løsning I særmøte- innspill til medvirkningsmøte



Arb.rom:
Foliert glass inn
til obs.rom.
Skaper I rom
tatt ut.
Skyvedør ut fra
rom til
(for)korridor

Forrom tatt bort
og inngang til
obs. rom skjer
direkte fra
hovedkorridor



Lettvegg skiller
ad rommet I
noen grad.

Til PO HSØ

Notater til innspill til Medvirkningsmøte 3, gruppe Q FOU UiO/ OUS NRH

Notater/referat fra arbeidsmøtet møtet 28. mars gruppe Q FOU UIO OUS NRH

Her er min oppsummering av hva vi kom frem til på arbeidsmøtet 28. mars der vi gjennomgikk seminarrom og auditorier.

Ser dere noe som mangler eller er feil oppfattet av meg så si fra.

Bare minner om at Kurssal mikroskopi, NRH og Klinisk forskningspost er behandlet i særmøter, så derfor ikke referert her.

Legger ved utstyrsliste og RFP – har merket med grønt alle faner som er oppdatert etter dette møtet.

Vi registrerer at mye av det som var satt inn på utstyrslista er tatt ut når vi har fått listene tilbake fra PO HSØ.

Grunnen til dette skal være at mye av det vi har lagt inn enten allerede er dekket under andre utstyrsnavn som står på listen, som f.eks «AV-system seminarrom -Stort» eller at de elementene vi har lagt inn er tilpasset Aker og ikke NRH. Noen ting kan også ligge under andre «løp», som f.eks skilting.

Harvard 1502027:

Til funksjonsbeskrivelse:

Oppsettet av rommet er vridd slik gruppen har ønsket, og har dermed redusert fra 80-72 plasser. Gruppen godtar dette.

Verdiskap og sittebenkløsning i front av rommet som bedre utnyttelse av denne plassen og for et roligere og mindre forstyrrende visuelt uttrykk ptp undervisningen.

Knaggrekken flyttes til bakerst i rommet, den vurderes som et visuelt forstyrrende element å ha foran i rommet.

Følgende må også på plass:

- Portabel rostrum/talerstol
- Lademulighet på annenhver stolplass
- Håndholdt mikrofon

- Knaggrekken flyttes til bakerst i rommet.
- Rullestolplass integrert i seterad/ fleksibel UU plass

Til funksjonsbeskrivelse: Verdiskap og sittebenkløsning i front av rommet som bedre utnyttelse av denne plassen (til funksjonsbeskrivelse)

Bilde ligger i RFP og i Utstyrliste. Kan diskuteres videre i Medvirkningsmøtet.

Store Aud 1502025:

Må på plass:

- Rullestolplass integrert i seterad/ fleksibel UU-plass

Kristiania-rommet 1402043:

- Kamera/ utstyr til digitale møter
- Mikrofon til hver gruppe
- Skjerm til hver gruppe
- Stasjonær PC med mulighet for å koble på LapTop
- Kablet nett for stasjonær PC
- (Dette er OUS-rom, derfor har jeg kun lagt inn en stasjonær PC)

Glassrommet, Kristiania-oppsett 1402045:

Gruppen ønsket dempet innsyn gjennom glassveggene. Gruppen ønsket også lyddemping v f.eks lyddempende gardiner.

Det ble også foreslått å løfte vinduene opp til å starte på 160 cm høyde. Da ville man kanskje ikke behøve lyddempende gardiner og foliering.

OUS seminarrom 14.02.064 og 14.02.065

Oppsettet i rommene er snudd etter innspill fra gruppen. Følgende innspill ble notert:

- Bevegelig talerstol må sikres i begge rom.
- Kamera/ utstyr til digitale møter
- Kablet nett til stasjonær PC
- Bevegelig foldevegg mellom de to rommene slik at de kan deles av/ slås sammen etter behov.
- Foldeveggen er kun meldt inn på utstyrlisten til 14.02.064.

Generelt for rommene, etter særmøte IKT:

- Generelt alle UiO-rom: To stasjonære PC-er med mulighet for å koble opp laptop/bærbar PC
- Generelt for alle UiO-rom: Må være kablet nett for alle faste PC-er
- Generelt for alle seminarrom, kursrom og auditorier: Kamera og nødvendig utstyr til digitale møter

Med vennlig hilsen

Ida Skard Heier

gruppeleder

Spesialrådgiver

Seksjon for kompetanseutvikling

Utdanning og kompetanseutvikling | Oslo sykehuservice

Mobil: +47 40217854

E-post: idheie@ous-hf.no



Ikke sensitiv informasjon

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH

<i>Romfnr</i>	<i>Romnavn</i>	<i>Rombetegnelse</i>
<u>14.01.017</u>	Undersøkelse og behandling	
<u>14.02.043</u>	Møte	seminarrom
<u>14.02.045</u>	Møte	seminarrom
<u>14.02.056</u>	Nisje	drikkestasjon
<u>14.02.064</u>	Møte	seminarrom
<u>14.02.065</u>	Møte	seminarrom
<u>14.02.073</u>	Arbeidsstasjon	observasjon
<u>15.02.023</u>	Arbeidsrom	kurssal
<u>15.02.025</u>	Auditorium	
<u>15.02.026</u>	Møte	seminarrom
<u>15.02.027</u>	Møte	seminarrom
<u>15.02.047</u>	Seminarrom	kurssal
<u>15.02.049</u>	Laboratorium	manuell
<u>15.02.053</u>	Teknikk	AV og redigering
<u>15.02.054</u>	Forrom	auditorium
<u>15.02.060</u>	Lager	utstyr, lite
<u>15.03.009</u>	Laboratorium	forskning

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	14.02.043	Tilbake til oversikten	
Romfnr	14.02.043		
Romnavn	Møte		
Rombetegnelse	seminarrom		
Prosjektert/Geografisk romnr	Eks. Ø/J4.6		
Programmert areal	61		
RFP status	Avledet fra SRF.098.04		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper. Kristiania-modellen. Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett. Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder. Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører. Oppbevaring materiell.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	25		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	30		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Øke lesbarhet på bildeskjermer		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	14.02.045	Tilbake til oversikten	
Romfnr	14.02.045		
Romnavn	Møte		
Rombetegnelse	seminarrom		
Prosjektert/Geografisk romnr	Eks. Ø/14.5		
Programmert areal	60		
RFP status	Avledet fra SRF.098.04		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper. Kristiania-modellen. Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett. Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder. Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører. Oppbevaring materiell.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	25		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	30		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Øke lesbarhet på bildeskjermer		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	14.02.056	Tilbake til oversikten	
Romfnr	14.02.056		
Romnavn	Nisje		
Rombetegnelse	drikkestasjon		
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal	5		
RFP status	Avledet fra SRMAL.071.06		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Nisje med drikkestasjon for vringlearealet til FoU.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	24		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	14.02.064	Tilbake til oversikten	
Romfnr	14.02.064		
Romnavn	Møte		
Rombetegnelse	seminarrom		
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal	65		
RFP status	Avledet fra SRF.098.04		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper. Foldeveggløsning for fleksibilitet / åpne mot rom 1402065. Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett. Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder. Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører. Oppbevaring materiell.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	25		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	30		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)	Se merknad i kommentarfeltet		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Øke lesbarhet på bildeskjermer		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	14.02.065	Tilbake til oversikten	
Romfnr	14.02.065		
Romnavn	Møte		
Rombetegnelse	seminarrom		
Prosjektert/Geografisk romnr			
Programmert areal	65		
RFP status	Fra SRF.098.04		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper. Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett. Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder. Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører. Oppbevaring materiell.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	25		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	30		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Tekjøkken		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Ja		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Øke lesbarhet på bildeskjermer		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	15.02.025	Tilbake til oversikten	
Romfnr	15.02.025		
Romnavn	Auditorium		
Rombetegnelse			
Prosjektert/Geografisk romnr	J4.7/J.J2		
Programmert areal	240		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Undervisning og møter for opp til 160 personer. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning, doktoravhandlinger og andre store samlinger / allmøter Mulighet for overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppsett av rommet		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	160		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner	Ofte behov for nærhet til lager av stoler, ekstra bord m.m.		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)	Øke lesbarhet på bildeskrjermer		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Ja		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling rensset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	160		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	15.02.027	Tilbake til oversikten	
Romfnr	15.02.027		
Romnavn	Møte		
Rombetegnelse	seminarrom		
Prosjektert/Geografisk romnr	Eks. Ø/14.4		
Programmert areal	154		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Undervisning og møter for opp til 72 personer. Utformes som et "Harvard" auditorium. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Rommet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning. Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppsett av rommet. Rommet utformes også mtp doktordisputaser og seremonier. Tilrettelegges for gjester og komiteer, med avlastning for oppbevaring (verdiskap i front) og dialog (sittebenk m pute i front) og henge av seg yttertøy (bak i lokalet).		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	72		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)	7		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til	21		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u	5		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	85		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Ja		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	72		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	15.02.053	Tilbake til oversikten	
Romfnr	15.02.053		
Romnavn	Teknikk		
Rombetegnelse	AV og redigering		
Prosjektert/Geografisk romnr	J4.7/J.J2		
Programmert areal	10		
RFP status	Unik		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Regirommet skal primært benyttes som kontrollsenter ved aktiviteter der auditoriets AV-anlegget krever assistert avvikling fra AV-tekniker, f.eks. ved opptak/streaming, eller mottak av eksterne AV-kilder av en mer kompleks og avansert karakter. Regirommet blir knutepunktet for produksjon av innhold som skal kunne «streames» både eksternt og internt (Inter- og intranett), samt ved direktesendinger/videomøter. F.eks. kan det være aktuelt å overføre operasjoner o.l. med flere video-kilder, deltakere og opponenter via internett. Regirommet skal ha visningsflater («monitorer») der alle bilde-kilder/kameraer er tilgjengelig for kildevalg og prosessering/miksing. Rommet utstyres derfor med lyd-, bilde og lys-mikser samt kamera-kontroll. Det er ønskelig at auditoriets AV-utstyr monteres i 19" AV-rack i regirommet dersom dette ikke medfører plassmangel, støy eller varmeutvikling. Utstyr utover det tekniske: 2 arbeidsplasser, ikke permanente.		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

RFP felt	Verdi	Forslag til justering OUS	Beslutning PO
	15.02.054	Tilbake til oversikten	
Romfnr	15.02.054		
Romnavn	Forrom		
Rombetegnelse	auditorium		
Prosjektert/Geografisk romnr	J.P/J4.7		
Programmert areal	10		
RFP status	Avledet fra SRMAL.043.00		
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner	Forrom for auditorium		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt	0		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg)			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u			
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer	1		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei)	Nei		
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)			
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner			
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)			
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser			
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei)	Nei		
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)			
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei)	Nei		
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)			
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei)	Nei		
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)			
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk)	0		
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)			
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Høytalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)			
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei)	Nei		
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)			
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei)	Nei		
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)			
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)			
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei)	Ja		
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)	Armatur med lang hendel		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)			
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei)	Nei		
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%)	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)			
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei)	Nei		
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)			
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)			
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk)	0		
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)			
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk)	0		
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)			
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)			
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei)	Nei		
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)			

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH

Romfnr	Romnavn
14.01.017	Undersøkelse og behandling
14.02.043	Møte, seminarrom
14.02.045	Møte, seminarrom
14.02.056	Nisje, drikkestasjon
14.02.064	Møte, seminarrom
14.02.065	Møte, seminarrom
14.02.073	Arbeidsstasjon, observasjon
15.02.023	Arbeidsrom, kurssal
15.02.025	Auditorium
15.02.026	Møte, seminarrom
15.02.027	Møte, seminarrom
15.02.047	Seminarrom, kurssal
15.02.049	Laboratorium, manuell
15.02.053	Teknikk, AV og redigering
15.02.054	Forrom, auditorium
15.02.060	Lager, utstyr, lite
15.03.009	Laboratorium, forskning

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
14.02.043 Møte, seminarrom		Innspill fra medvirkningsgruppen Kristiania-rom
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FDB.005.02	Talerstol, seminarrom	1	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	4	ARK				
GBA.005.06	Seminarbord b=450 d=1400	12	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	25	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				

	Kamera / utstyr til digitale møter	1	
	Mikrofon til hver gruppe	6	
	AV Skjerm til hver gruppe	6	
	Kamera/ Utstyr til digitale møter		
	2stasjonære Pcer i alle UiO- rom, og mulighet for å koble opp lap-top		
	Kablet nett til alle stasjonære PC-er		

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH	Fylles ut av OUS
14.02.045 Møte, seminarrom	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen
Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Kristiania-rom glass/buet rom

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FDB.005.02	Talerstol, seminarrom	1	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	4	ARK				
GBA.005.06	Seminarbord b=450 d=1400	12	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	25	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				

Kamera / utstyr til digitale møter	1	
AV skjerm til hver gruppe	6	minst 70 tommer
Lyddempende gardiner, evt flytte vinduer opp til starthøyde 160cm.		
Stasjonær Pc og mulighet for å koble opp lap-top		
Kablet nett til stasjonær PC		
Mikrofon til hver gruppe		
Foliering av glassvegg/vinduer mot glassgate/hindre innsyn		

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
14.02.056 Nisje, drikkestasjon		
Tilbake til oversikten		Innspill fra medvirkningsgruppen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBB.002.04	Bakplate, tekjøkken b=3000	1	ARK				
FBC.002.08	Benkeplate med kum d=620 b=3000	1	ARK				
FBC.005.02	Vannsifong d=400 b=330 h=150	1	RKJ				
FSA.011	Underskap, generelt, hovedartikkel	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
14.02.064 Møte, seminarrom		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FDB.005.02	Talerstol, seminarrom	1	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	4	ARK				
GBA.005.06	Seminarbord b=450 d=1400	12	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	25	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				
	Kamera / utstyr til digitale møter	1					
	Bevegelig talerstol						
	Kablet nett til stasjonære PC	1					
	Foldevegg mot rom 1402065	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
14.02.065 Møte, seminarrom		
Tilbake til oversikten		Innspill fra medvirkningsgruppen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FDB.005.02	Talerstol, seminarrom	1	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	4	ARK				
GBA.005.06	Seminarbord b=450 d=1400	12	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	25	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				
	Kamera / utstyr til digitale møter	1					
	Bevegelig talerstol						
	Kablet nett til stasjonære PC	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH	Fylles ut av OUS	
15.02.025 Auditorium		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
092.004.01	AV-system, Aud. (130-160 pl. / Amfi) - 15.02.025	1	RIKT				
FBA.087	Benkeplate auditorium hovedartikkel	21	ARK				
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	ARK				
FDB.005.03	Talerstol hev/senk	1	ARK				
FOB.003	Stol fast enkel, auditorium, hovedartikkel	160	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	20	ARK				
GBA.008.01	Bord, kateter auditorium b=2600	1	ARK				
ODZ.100	PC - hovedartikkel	1	IKT				
	Kamera / utstyr til digitale møter	1					
	2stasjonære Pcer i alle UiO- rom, og mulighet for å koble opp lap-top	2					
	Kablet nett for alle stasjonære PC-er	2					
	Rullestolplass integrert i seterad/ fleksibel UU plass	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
15.02.026 Møte, seminarrom		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
Er det behov for medsynskjermer på kateter?	RIIKT (RI-AV)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	2	HF				
092.004.04	AV-system, Seminarrom - Stort	1	RIKT				
FDB.005.03	Talerstol hev/senk	1	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	12	ARK				
GBA.005.34	Bord, møte d=900 b=2400 h=700	12	IARK				
GBA.008.02	Bord, kateter auditorium b=1800	1	ARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	96	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	IKT	Kabling.			
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				
	Kamera / utstyr til digitale møter	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH	Fylles ut av OUS
15.02.027 Møte, seminarrom	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen
	Harvard-rommet

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	2	HF				
092.004.04	AV-system, Seminarrom - Stort	1	RIKT				
FBA.087.03	Benkeplate auditorium r=3000	3	ARK				
FBA.087.04	Benkeplate auditorium r=4000	3	ARK				
FBA.087.05	Benkeplate auditorium r=5000	3	ARK				
FBA.087.06	Benkeplate auditorium r=6000	3	ARK				
FBA.087.07	Benkeplate auditorium r=7000	3	ARK				
FBA.087.08	Benkeplate auditorium ryggelement	4	ARK				
FBA.096	Bord auditorium sirkulær hovedartikkel	1	ARK				
FDB.005.03	Talerstol hev/senk	1	ARK				
FOB.003	Stol fast enkel, auditorium, hovedartikkel	72	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	9	ARK				
GBA.008.02	Bord, kateter auditorium b=1800	1	ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				
	Kamera / utstyr til digitale møter	1					
	Lademulighet på annenhver stolplass	72					
	Håndholdt mikrofon	2					
	2stasjonære Pcer i alle UiO- rom, og mulighet for å koble opp lap-top						
	Kablet nett for faste PC-er i rommet- gjelder alle UIO-rom	2					
	Verdiskap og sittebenkløsning helt i front av rommet			se bildeeksempel			
	Knaggrekke/klesstativ flyttes til bak i rommet						
	Portabel rostrum	1					
	Rullestolplass integrert i seterad/ fleksibel UU plass						



Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
15.02.053 Teknikk, AV og redigering		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	ARK				
GBA.022.01	Bord nedfellbart d=500 b=1200 h=700	1	IARK				
GBA.022.02	Bord nedfellbart ståbord	2	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	10	IARK				

	AV-rack						
	Håndholdt mikrofon+ lader og stikk i rom til lading	2					
	Bøylemikron+ lader og stikk i rom til lading	4					

Møte 3 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH		Fylles ut av OUS
15.02.054 Forrom, auditorium		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Artikler merket med gult ble ikke tatt tatt med i saksunderlaget vi fikk tilsendt etter Medvirkningsmøte 2. Vi må avklare dette i Medvirkningsmøte 3. Er disse artiklene dekket i det som er listet på hvit bakgrunn fra HSØ?, f.eks "Håndvaskmiljø"? Vi vet ikke hva som inngår i dette.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	3	ARK				
FXB.008	Klesstativ, vegghengt	4	ARK				
NYZ.022.12	Håndvaskmiljø 2G, NRH	1	ARK				

FBB.006.06	Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350	1	ARK	Nei
FXB.002.02	Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø	1	ARK	Nei
GXZ.018.01	Dispenser, sprit håndvaskmiljø	1	ARK	Nei
GXZ.019.01	Dispenser papir håndvaskmiljø	1	ARK	Nei
GXZ.020.01	Dispenser såpe håndvaskmiljø	1	ARK	Nei
GXZ.021.01	Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø	1	ARK	Nei
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	Nei