

## Ozurdex Allergan intravitreal implantat – S 01B A01

### Først publisert

08.10.2018

### Oppdatert

29.10.2018 – oppdatert informasjon fra Legemiddelverket

### Årsaken til leveringssvikten

Salgsstopp av mange batcher pga en liten silikonpartikkel kan følge med inn i øyet i forbindelse med injeksjonen.

### Alternative preparater

Ingen.

### Råd/anbefalinger/tiltak

Se informasjon hos Legemiddelverket: [Legemiddelverket - tilbakekalling av enkelte batcher Ozurdex](#)  
Det som eventuelt kommer av Ozurdex vil bli fordelt mellom helseregionene.

### Varighet av leveringssvikten

Ny produksjonslinje vil være klar våren 2019. Inntil da vil enkeltbatcher som er testet og godkjent selges. Leverandør antar at dette ikke vil være tilstrekkelig til å dekke etterspørselen.